

**Procedura właściwego przechowywania i zabezpieczenia odczynników
chemicznych w urządzeniach chłodniczych będących własnością
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
(dotyczy części toruńskiej)**

Szanowni Państwo,

W ramach podpisanej umowy ubezpieczenia mienia będącego własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę ubytku wartości mienia przechowywanego w urządzeniach chłodniczych o następującej treści: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia strony umowy ustaliły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje środki obrotowe w urządzeniach chłodniczych o szkody powstałe w wyniku niezależnych od Ubezpieczonego przerw w dopływie prądu (przerwy w dopływie prądu trwającej dłużej niż 2 godz.), awarii urządzenia chłodniczego lub szkody w mieniu Ubezpieczonego objętej umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na niewywiązanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **250 000,00 PLN**. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w części bydgoskiej i toruńskiej”.

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, iż jednostki uniwersyteckie, które dokonują zakupu odczynników chemicznych, a następnie przechowują przedmiotowe odczynniki w zamrażarkach zobligowane są do wprowadzenia i przestrzegania następujących zasad:

- 1) przechowywania w zamrażarkach odczynników o łącznej wartości nieprzekraczającej 100 000,00 złotych – wprowadzenie niniejszej zasady spowoduje znaczące zmniejszenie rozmiarów ewentualnej szkody w momencie awarii urządzenia chłodniczego i rozmrożenia przechowywanych odczynników,
- 2) kontroli stanu zamrażarek oraz przechowywanych odczynników minimum raz w tygodniu przez pracowników poszczególnych jednostek dydaktycznych i badawczych, które wykorzystują odczynniki do bieżącej pracy lub przez pracowników inżynieryjno-technicznych – wprowadzenie dodatkowej kontroli pozwoli na wykrycie ewentualnych problemów technicznych urządzenia, w którym przechowywane są odczynniki oraz na szybszą reakcję w przypadku zaistnienia awarii urządzenia chłodniczego,
- 3) podłączenia zamrażarek do bezpiecznej linii energetycznej, w przypadku, jeśli jednostka posiada agregat prądowórczy – niniejsze rozwiązanie pozwoli na uniknięcie rozmrożenia przechowywanych odczynników w przypadku braku zasilania,

- 4) zakupu zasilaczy awaryjnych oraz urządzeń typu SimPal do każdej zamrażarki, w której przechowywane są odczynniki – w przypadku braku możliwości podłączenia urządzenia do bezpiecznej linii energetycznej każda zamrażarka powinna być podpięta pod zasilacz awaryjny o odpowiedniej mocy, który w przypadku awarii podtrzymywałby napięcie urządzenia chłodniczego. Dodatkowo każda zamrażarka powinna zostać podpięta pod urządzenie typu SimPal, które monitoruje poziom temperatury w urządzeniu oraz informuje użytkownika o ewentualnych zmianach temperatury poprzez wmontowany włącznik GSM.

Wprowadzenie wyżej wskazanych zasad dotyczy przede wszystkim następujących jednostek dydaktycznych i badawczych: Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Ponadto, zwracamy się z prośbą do Państwa Dziekanów i Dyrektora wyżej wskazanych jednostek o przeprowadzenie wewnętrznej kontroli, mającej na celu określenie sposobu przechowywania i zabezpieczenia odczynników, użytkowanych w nadzorowanej jednostce wydziałowej.

Proponujemy również, aby od 2026 roku w budżecie każdego wydziału zaplanowany był zakup urządzeń niezbędnych do właściwego zabezpieczenia tych zamrażarek, w których przechowywane są odczynniki, a które nie są podpięte do bezpiecznej linii energetycznej i w chwili obecnej są podłączone bezpośrednio do instalacji energetycznej.

Zasadnym byłoby, aby każdorazowo przy planowaniu zakupu nowej zamrażarki dokonywać również zakupu urządzeń zabezpieczających przedmiotowe urządzenie przez wystąpieniem ewentualnych awarii spowodowanych brakiem zasilania lub powstałych w wyniku przepięć lub zwarcie w instalacji, w przypadku braku możliwości podłączenia urządzenia chłodzącego do bezpiecznej linii energetycznej.

Wprowadzenie i stosowanie jednolitej procedury właściwego przechowywania i zabezpieczenia odczynników chemicznych w zamrażarkach będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pozwoli na uniknięcie odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela w sytuacji związanej z wystąpieniem szkody związanej z rozmrożeniem mienia przechowywanego w urządzeniach chłodniczych lub znaczące zmniejszenie rozmiarów powstałej szkody. Klauzula ubytku wartości mienia przechowywanego w urządzeniach chłodniczych ograniczona jest limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i dotyczy zarówno części toruńskiej jak i bydgoskiej UMK.

Ze względu na fakt, iż w ramach przedmiotowej klauzuli ubytku wartości mienia przechowywanego w urządzeniach chłodniczych, ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej Dział Energetyczny zobligowany jest do niezwłocznego informowania jednostek uniwersyteckich o planowanych przerwach w dostawie energii. Każdorazowo jednostki są zobowiązane do właściwego zabezpieczenia urządzeń chłodniczych niepodpiętych do bezpiecznej linii energetycznej oraz przeprowadzenia kontroli użytkowanych zamrażarek oraz przechowywanych w nich odczynników chemicznych.

Przypominamy również, o niezwłocznym informowaniu o powstałych szkodach, w celu wszczęcia postępowania likwidacyjnego.

Z poważaniem

Kancelarz

Karolina Sokalska

Z-ca Kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Bielicka
lic. Barbara Bielicka

Kierownik
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Małgorzata Ciołta
mgr Edyta Małternak

Strona 2 z 2